FICHE TECHNIQUE

HEARTSINE – PADPAK PÉDIATRIQUE

PHOTO





DESCRIPTION

Piles et électrodes sont pré-combinées dans une cassette (Padpak)

Piles

- Autonomie en veille : au moins 4 ans après fabrication
- Autonomie en fonctionnement : 6 heures en continu
- Poids : 0,2 kg
- Type de piles : Lithium-dioxyde de manganèse (LiMnO2)
- Capacité : au moins 60 chocs à 50 joules, enregistrement de l'électrocardiogramme pendant 90 minutes

Electrodes

- Type d'électrodes : électrodes capteur ECG/défibrillation combinées pré-connectées au défibrillateur.
- Pré-gélifiées et auto-adhésives.
- Autonomie : au moins 4 ans après fabrication (date de péremption est inscrite sur l'emballage)
- Positionnement : Antérolatéral
- Surface de l'électrode : 100 cm2
- Longueur du câble : 1 mètre
- Autotest quotidien : l'appareil indique si les électrodes sont présentes et prêtes à l'emploi.

Garantie

- 4 ans